

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

臨床試驗藥局 Note To File

臨床試驗藥局 4 號冰箱維修公告

主旨	4 號冰箱之臨床試驗藥品因冰箱維修轉移至 5 號冰箱及 6 號冰箱			
內容說明	<p>1. 4 號冰箱因散熱馬達疑似故障，需進行維修作業，更換新品，故將原 4 號冰箱之臨床試驗藥品先轉移至 5 號冰箱/6 號冰箱。</p> <p>2. 4 號冰箱(設備型號：FRGG5004D)之臨床試驗藥品於 2023/05/22 10:00-12:00 全部挪移至 5 號冰箱(設備型號：FRGG5004D) 及 6 號冰箱(設備型號：TSX5005GZ)</p> <p>3. 4 號冰箱：停止監控時間：10:37 恢復監控時間：11:13</p>			
試驗計畫	轉移至 5 號冰箱 之試驗計畫	KMUHIRB-F(I)-20200146	KMUHIRB-F(I)-20220201	
		KMUHIRB-F(I)-20210048	KMUHIRB-F(I)-20210163	
		KMUHIRB-F(I)-20210084	KMUHIRB-F(I)-20200156	
		KMUHIRB-F(I)-20210127		
	轉移至 6 號冰箱 之試驗計畫	KMUHIRB-F(I)-20210005	KMUHIRB-F(I)-20190119	
		KMUHIRB-F(I)-20200154	KMUHIRB-F(I)-20190127	
		KMUHIRB-F(I)-20210197	KMUHIRB-F(I)-20190103	
		KMUHIRB-F(I)-20220044	KMUHIRB-F(I)-20200004	
		KMUHIRB-F(II)-20200160	KMUHIRB-F(I)-20200144	
		KMUHIRB-F(I)-20210183	KMUHIRB-F(II)-20200174	
		KMUHIRB-F(I)-20210126	KMUHIRB-F(I)-20210104	
		KMUHIRB-F(II)-20220158	KMUHIRB-F(I)-20220193	
		KMUHIRB-F(II)-20210095		
	備註	請原放置於 4 號冰箱之臨床試驗藥品， 2023 年 5 月份溫度記錄同時拿取 4 號冰箱及 5 號冰箱/6 號冰箱之溫度記錄 ，造成不便，敬請見諒。		

高醫臨床試驗藥局 敬啟 2023.05.22