

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

臨床試驗藥局 Note To File

臨床試驗藥局 4 號冰箱故障公告

主旨	高醫臨床試驗藥局 4 號冰箱異常，緊急轉移試驗藥品至 2 號/5 號/6 號冰箱
內容說明	<p>1. 高醫臨床試驗藥局 4 號冰箱於 2023/07/02 7:45 出現異常-高溫警報(8°C)。因無法排除障礙，故緊急將 4 號冰箱之試驗藥品轉移至其他冰箱。</p> <p>2. 超溫日期/時間：2023/07/02</p> <p>2023/07/02 07:30 7.0°C 【高溫警報】</p> <p>2023/07/02 07:45 冰箱異常故障-高溫警報(8.5°C)</p> <p>2023/07/02 08:04 試驗藥師抵達藥局，並開始轉移試驗藥品【4 號冰箱溫度 11°C】</p> <p>2023/07/02 08:12 4 號冰箱(設備型號：FRGG5004D)之試驗藥品全數轉移至其他冰箱(2 號冰箱(設備編號:A311150-0083)/5 號冰箱(設備型號:FRGG5004D)/6 號冰箱(型號:TSX5005GZ))</p> <p>2023/07/02 08:16 4 號冰箱停止監控</p> <p>3. 各冰箱時間及溫度：</p> <p>【溫度】4 號冰箱(設備型號：FRGG5004D)：</p> <p>2023/07/02 07:29 6.7°C</p> <p>2023/07/02 07:30 7.0°C 【高溫警報】</p> <p>2023/07/02 07:40 8.5°C</p> <p>2023/07/02 07:50 9.8°C</p> <p>2023/07/02 08:00 11.1°C</p> <p>2023/07/02 08:10 12.2°C</p> <p>【溫度】2 號冰箱(設備編號: A311150-0083)：</p> <p>2023/07/02 08:09 3.7°C 2023/07/02 08:17 3.7°C 2023/07/02 08:27 3.7°C</p> <p>【溫度】5 號冰箱(設備編號: FRGG5004D)：</p>

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

臨床試驗藥局 Note To File

	2023/07/02 08:05 4.8°C 2023/07/02 08:15 4.9°C 2023/07/02 08:27 5.0°C 【溫度】6 號冰箱(設備編號: TSX5005GZ) : 2023/07/02 08:09 4.1°C 2023/07/02 08:17 4.5°C 2023/07/02 08:27 4.7°C		
試驗 計畫	轉移至 5 號冰箱	KMUHIRB-F(I)-20210104	
	轉移至 2 號冰箱	KMUHIRB-F(II)-20210095	
	轉移至 6 號冰箱 之試驗計畫	KMUHIRB-F(I)-20200146	KMUHIRB-F(I)-20190119
		KMUHIRB-F(I)-20210048	KMUHIRB-F(I)-20210084
		KMUHIRB-F(I)-20210005	KMUHIRB-F(I)-20210127
		KMUHIRB-F(I)-20200154	KMUHIRB-F(I)-20190127
		KMUHIRB-F(I)-20210197	KMUHIRB-F(I)-20190103
		KMUHIRB-F(I)-20220044	KMUHIRB-F(I)-20200004
		KMUHIRB-F(II)-20200160	KMUHIRB-F(I)-20200144
		KMUHIRB-F(I)-20210183	KMUHIRB-F(II)-20200174
		KMUHIRB-F(I)-20210126	KMUHIRB-F(I)-20220193
KMUHIRB-F(II)-20220158		KMUHIRB-F(I)-20220201	
KMUHIRB-F(I)-20200156	KMUHIRB-F(I)-20210163		
備註	請原放置於 4 號冰箱之臨床試驗藥品， 2023 年 7 月份溫度記錄同時拿取 4 號冰箱及 2 號冰箱/5 號冰箱/6 號冰箱之溫度記錄 ，造成不便，敬請見諒。		

高醫臨床試驗藥局 敬啟 2023.07.03