




藥學部_冰箱溫度異常通報紀錄表

1.發生日期/時間： 日期：西元 2023 年 09 月 11 日 時間：05:00AM	2.發生地點： <input type="checkbox"/> 中央藥局 <input type="checkbox"/> 急診藥局 <input type="checkbox"/> UD 藥局 <input checked="" type="checkbox"/> 臨床試驗藥局 <input type="checkbox"/> TPN 藥局 <input type="checkbox"/> 化療藥局 <input type="checkbox"/> 藥庫
3.獲知溫度異常途徑： <input checked="" type="checkbox"/> 現場警報 <input checked="" type="checkbox"/> 電話通知	
4.冰箱編號：CT-TEM_B-A01	
5.冰箱溫度： <input checked="" type="checkbox"/> 過高 <u>-25.2</u> °C <input type="checkbox"/> 過低 _____ °C	
6.冰箱溫度異常原因：(可複選) 6.1 人為因素 <input type="checkbox"/> 冰箱插頭鬆脫 <input type="checkbox"/> 電源開關被關 <input type="checkbox"/> 冰箱門未關 <input type="checkbox"/> 開門過久 <input type="checkbox"/> 警報器線路鬆脫 6.2 非人為因素 <input type="checkbox"/> 紅色緊急電源不供電 <input checked="" type="checkbox"/> 冰箱故障 <input checked="" type="checkbox"/> 警報器故障 <input type="checkbox"/> 電線受損 <input type="checkbox"/> 結霜過多 <input type="checkbox"/> 除霜中 <input type="checkbox"/> 原因不明 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
7.冰箱溫度異常後續處理方法：(可複選) <input type="checkbox"/> 恢復電源供應 <input checked="" type="checkbox"/> 通知單位主管/臨床試驗相關人員/臨床研究受試者保護中心會議 <input type="checkbox"/> 通知工務室設法維修 <input checked="" type="checkbox"/> 將藥品移至鄰近冰箱或備用冰箱 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>通知冰箱及警報器廠商盡快前來維修</u>	
10.備註： 所有試驗藥品已從新-80°C 冰箱轉移至舊的-80°C 冰箱	
9.處理時間(發現異常時間至狀況排除時間) 05:00 冰箱異常故障-高溫警報(-25.6°C) 05:14 試驗藥師抵達藥局，並開始轉移試驗藥品【-80 號冰箱溫度-25.2°C】 05:19 新-80 度冰箱(設備型號：TDE30086FD)之試驗藥品全數轉移至舊-80 度冰箱((設備編號: MDF-C8V1) 08:35 -80 度冰箱停止監控	
10.通報時間：05:00	11.通報者：康智能藥師  
12.現場主管： 組長： 	主任： 