

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

臨床試驗藥局設備規格

一、冷藏冰箱設備規格及其溫度記錄器

高醫臨床試驗藥局_1 號冰箱		高醫臨床試驗藥局_6 號冰箱
冰箱資訊	①設備廠牌：倍晶 Thermo ②型號: TSX5005GZ ③序號:1141442901211020 ④財產編號:5120008-0001 ⑤電壓規格：220V	①設備廠牌：倍晶 Thermo ②型號: TSX5005GZ ③序號:1141744001220105 ④財產編號: ⑤電壓規格：220V
手寫高低溫度記錄	冰箱內建溫度顯示	同冰箱資訊
連續溫度記錄	外接記錄器編號:CT-TEM_B-C01	黑盒子記錄器編號:CT-TEM_B-C06

	高醫臨床試驗藥局_4 號冰箱	高醫臨床試驗藥局_5 號冰箱
冰箱資訊	①設備廠牌：倍晶 Thermo ②設備型號:FRGG5004D ③序號:1112648601171016 ④財產編號:3111501-0117 ⑤電壓規格：220V	①設備廠牌：倍晶 Thermo ②設備型號:FRGG5004D ③序號:1112060501170327 ④財產編號:3111501-0115 ⑤電壓規格：220V
手寫高低溫度記錄	冰箱內建溫度顯示	冰箱內建溫度顯示
連續溫度記錄	外接記錄器編號:CT-TEM_B-C04	外接記錄器編號:CT-TEM_B-C05

	高醫臨床試驗藥局_2 號冰箱	高醫臨床試驗藥局_3 號冰箱
冰箱資訊	①設備廠牌：大展 ②設備編號: A311150-0083(財編) ③財產編號:A311150-0083 ④電壓規格：220V	①設備廠牌：大展 ②設備編號: A311150-0088(財編) ③財產編號: A311150-0088 ④電壓規格：220V
手寫高低溫度記錄 外接溫度記錄器	①設備廠牌：Twintex ②設備型號: TE-608 ③序號: 200085	①設備廠牌：Twintex ②設備型號: TE-608 ③序號: 200088
連續溫度記錄	外接記錄器編號:CT-TEM_B-C02	外接記錄器編號:CT-TEM_B-C03

高雄醫學大學附設中和紀念醫院 臨床試驗藥局設備規格

二、冷凍設備規格及其溫度記錄器

	高醫臨床試驗藥局_-20°C藥品冷凍櫃	高醫臨床試驗藥局_-80°C藥品冷凍櫃
冰箱資訊	①設備廠牌：倍晶 Thermo ②設備型號：7240D ③序號：300243091 ④財產編號: 3111501-0118 ⑤電壓規格：220V	①設備廠牌：SANYO ②設備型號：MDF-C8V1 ③設備序號：11070191 ④財產編號：EI20190243 ⑤電壓規格：110V
手寫高低溫度記錄 (外接溫度記錄器)	①設備廠牌：COMMETER ②設備型號 U0111 ③設備序號：20271142	①設備廠牌：COMMETER ②設備型號：U0111 ③設備序號：20270401
連續溫度記錄	外接記錄器編號 CT-TEM_B-B01	外接記錄器編號 CT-TEM_B-A01

三、室溫溫濕度記錄器

高醫臨床試驗藥局_室溫溫濕度記錄器	
手寫高低溫濕度記錄 (溫度記錄器)	①設備廠牌：Twintex ②設備型號: TE-608 ③序號: 200084
連續溫溼度監控	記錄器編號:CT-TEM_B-D01